

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO
LMC-01251-25-R0

FOLHA 01/01

1 - DADOS

Contratante:	Contemp Indústria Comércio e Serviços Ltda.			
Endereço:	Alameda Araguaia, 204, Santa Maria - São Caetano do Sul - SP			
Interessado:	Contemp Indústria Comércio e Serviços Ltda.			
Instrumento:	Termorresistência	Tipo:	PT-100	Identif. cliente: LRTD-060
Tipo de Isolação:	Mineral	Marca:	Contemp	Nº série: Não consta
Diâmetro:	6 mm	Comprimento:	300 mm	Ligação: 4 fios
Local da calibração:	Laboratório de Metrologia Contemp	Cond. amb:	(23 ± 5)°C / (65 ± 20)%U.R.	
Data da calibração:	10/fev/25	Data da emissão:	12/fev/25	Número da SS 00056-00121/2025
Localização:	Laboratório de termometria			

2 - PADRÕES UTILIZADOS:

Multímetro digital, LMUL-013, certificado IPT (RBC) nº 206709-101, válido até 12/2025.

Termorresistência, LRTD-131, certificado Consistec (RBC) nº CR-13867/24, válido até 11/2026.

3 - PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO:

A calibração foi realizada pelo método de comparação entre o sensor padrão e o sensor em calibração, em meios térmicos com homogeneidade conhecida, conforme procedimento de rotina PR-11.01.039

4 - RESULTADOS

R0 Inicial Ω		99,992		R0 Final Ω		99,990	
Temperatura Referência V.R. (°C)	Média das Leituras (Ω)	Média das Medidas (M.M.) (°C)	Erro (°C)	Incerteza de Medição (°C)	Fator de Abrangência k	Grau de Liberdade Veff	Profundidade de Imersão (mm)
0,00	99,990	-0,03	-0,03	0,03	2,00	infinito	150
29,98	111,644	29,93	-0,06	0,10	2,00	Infinito	150
100,08	138,461	99,88	-0,19	0,10	2,00	Infinito	150
154,97	159,069	154,67	-0,29	0,10	2,00	Infinito	150
230,42	186,840	230,01	-0,41	0,16	2,00	Infinito	150

5 - NOTAS

a - Os valores de temperatura apresentados estão em conformidade com a Escala Internacional de Temperatura de 1990.

b - A incerteza expandida de medição relatada é declarada como incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência k, o qual para uma distribuição "t" com Veff graus de liberdade efetivos corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%. A incerteza padrão de medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.

c - Este certificado atende aos requisitos de acreditação pela Cgcre, o qual avaliou a competência do laboratório e comprovou sua rastreabilidade a padrões nacionais de medida.

d - Os resultados apresentados neste certificado referem-se exclusivamente ao instrumento calibrado não sendo extensivo a quaisquer lotes.

e - A reprodução parcial deste certificado requer aprovação prévia por escrito pela Contemp.

f - Erro = M.M (média das medidas)°C - V.R (valor referência)°C

g - R0 = Resistência elétrica medida no sensor em calibração a 0°C.

h - A corrente de excitação utilizada na calibração foi de 1 mA_{cc}.

i - Os valores dos campos M.M.(°C) e Erro (°C) foram referenciados à norma ASTM E -1137