

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO**Nº LMC00056-12844-23-RO**

FOLHA 01/02

1 - DADOS:

Contratante: Contemp Indústria Comércio e Serviços Ltda.
Endereço: Alameda Araguaia, 204, Santa Maria - São Caetano do Sul - SP
Interessado: Contemp Indústria Comércio e Serviços Ltda.

Instrumento:	Pirômetro Infravermelho	Identif. cliente:	LTIV-006
Marca:	Optris	Nº série:	9072217
Faixa de indicação:	385a1600	Modelo:	OPTCTL2MHSF
Distância focal	1100 mm	Unidade:	°C
		Valor de uma divisão:	0,1
		Faixa espectral (µm)	1,6 a 1,6
Data da calibração:	04/dez/23	Cond. Amb.:	22 ± 4°C / 65 ± 20%UR
Data da emissão:	05/dez/23	Solicitação de serviço:	00056-01342/2023
Procedimento utilizado:	PR-11.01.073		
Local da calibração:	Laboratório de Metrologia Contemp		

2 - PADRÕES UTILIZADOS:

Termômetro digital, LTID-027, certificado IPT (RBC) nº 192 913-101, válido até 04/2024.

3 - PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO:

A calibração foi efetuada pelo método de comparação entre as indicações do padrão e do instrumento em calibração. Foram efetuadas três medições em cada ponto calibrado para a composição do cálculo da estimativa da incerteza de medição.

4 - RESULTADOS:**CALIBRAÇÃO****MALHA**

INSTRUMENTO VALOR MÉDIO °C	V.R VALOR MÉDIO °C	ERRO VALOR MÉDIO °C	INCERTEZA °C	k	Veff	EMISSIVIDADE DO INSTRUMENTO	DIÂMETRO DO ALVO (mm)
501,0	501,9	-0,9	3,0	2,00	Infinito	1,00	38
1199,0	1199,8	-0,8	3,0	2,00	Infinito	1,00	38
1497,0	1499,4	-2,4	3,8	2,00	Infinito	1,00	38

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO

Nº LMC00056-12844-23-R0

FOLHA 02/02

5 - NOTAS:

- a - Os valores de temperatura apresentados estão de acordo com a escala internacional de temperatura de 1990.
- b - A incerteza expandida de medição relatada é declarada como incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência k , o qual para uma distribuição "t" com V_{eff} graus de liberdade efetivos corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%. A incerteza padrão de medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.
- c - A reprodução parcial deste certificado requer aprovação prévia por escrito pela Contemp.
- d - Os resultados apresentados neste certificado referem-se exclusivamente ao instrumento calibrado não sendo extensivo a quaisquer lotes
- e - Erro = Instrumento - V.R.
- f - V.R. = Valor Referência.

OBSERVAÇÃO:*"Não foi efetuado ajuste".**Calibração executada no Laboratório de Calibração Contemp*