

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO
LMC-09192-25-R0

FOLHA 01/01

1 - DADOS

Contratante:	Contemp Indústria Comércio e Serviços Ltda.				
Endereço:	Alameda Araguaia, 204, Santa Maria - São Caetano do Sul - SP				
Interessado:	Contemp Indústria Comércio e Serviços Ltda.				
Instrumento:	Termômetro Digital		Identif. cliente:	LTID-016	
Marca:	Highmed	Nº série:	14020308-3000	Modelo	HM-600
Faixa de indicação:	-50 a 300 °C	Tipo de entrada:	ohm	Valor de divisão	0,1°C
Diâmetro:	3 mm	Comprimento:	150 mm	Tipo de isolamento:	Mineral
Local da calibração:	Laboratório de Metrologia Contemp		Cond. amb:	(23 ± 5)°C / (65 ± 20)%U.R.	
Data da calibração:	28/jul/25	Data da emissão:	30/jul/25	Número da SS:	00056-00777/2025
Localização:	Laboratório de Processos				

2 - PADRÕES UTILIZADOS:

Multímetro digital, LMUL-013, certificado IPT (RBC) nº 206709-101, válido até 12/2025.

Termorresistência, LRTD-022, certificado Contemp (RBC) nº LMC-00782-25-R0, válido até 01/2026.

3 - PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO:

A calibração foi realizada pelo método de comparação entre o sensor padrão e o sensor em calibração, em meios térmicos com homogeneidade conhecida, conforme procedimento de rotina PR-11.01.045

4 - RESULTADOS

Temperatura Referência V.R. [°C]	Média das Medidas M.M. [°C]	Erro [°C]	Incerteza de medição [°C]	Fator de Abrangência k	Grau de Liberdade Veff	Profundidade de Imersão (mm)
15,1	14,8	-0,3	0,2	2,00	Infinito	150
20,1	19,8	-0,3	0,2	2,00	Infinito	150
24,8	24,5	-0,3	0,2	2,00	Infinito	150
30,3	30,1	-0,2	0,2	2,00	Infinito	150
50,2	50,0	-0,2	0,2	2,00	Infinito	150

5 - NOTAS

a - Os valores de temperatura apresentados estão em conformidade com a Escala Internacional de Temperatura de 1990.

b - A incerteza expandida de medição relatada é declarada como incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência k, o qual para uma distribuição "t" com Veff graus de liberdade efetivos corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%. A incerteza padrão de medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.

c - Este certificado atende aos requisitos de acreditação pela Cgcre, o qual avaliou a competência do laboratório e comprovou sua rastreabilidade a padrões nacionais de medida.

d - Os resultados apresentados neste certificado referem-se exclusivamente ao instrumento calibrado não sendo extensivo a quaisquer lotes.

e - A reprodução parcial deste certificado requer aprovação prévia por escrito pela Contemp.

f - Erro = M.M (média das medidas)°C - V.R. (valor referência)°C