



LABORATÓRIO DE METROLOGIA

Acreditado pela Cgcre sob nº 224



CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO

LMC-14099-25-R0

FOLHA 01/01

1 - DADOS

Contratante:	Contemp Indústria Comércio e Serviços Ltda.				
Endereço:	Alameda Araguaia, 204, Santa Maria - São Caetano do Sul - SP				
Interessado:	Contemp Indústria Comércio e Serviços Ltda.				
Instrumento:	Termorresistência	Tipo:	Pt-100	Identif. cliente:	LRTD-025
Tipo de isolamento:	Mineral	Marca:	Contemp	Nº série:	Não Consta
Diâmetro:	6 mm	Comprimento:	430 mm	Ligação:	4 fios
Local da calibração:	Laboratório de Metrologia Contemp		Cond. amb:	(23 ± 5)°C / (65 ± 20)%U.R.	
Data da calibração:	04/dez/25	Data da emissão:	05/dez/25	Número da SS:	00056-01393/2025
Localização:	Laboratório de Termometria				

2 - PADRÕES UTILIZADOS:

Multímetro digital, LMUL-016, certificado IPT [RBC] nº 212264-101, válido até 10/2027.

Termorresistência, LRTD-131, certificado Consistec [RBC] nº CR-13867/24, válido até 11/2026.

3 - PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO:

A calibração foi realizada pelo método de comparação entre o sensor padrão e o sensor em calibração, em meios térmicos com homogeneidade conhecida, conforme procedimento de rotina PR-11.01.039

4 - RESULTADOS

R0 Inicial Ω		99,985		R0 Final Ω		99,986	
Temperatura Referência V.R. (°C)	Média das Leituras (Ω)	Média das Medidas (M.M.) (°C)	Erro (°C)	Incerteza de Medição (°C)	Fator de Abrangência k	Grau de Liberdade Veff	Profundidade de Imersão (mm)
-38,02	85,006	-38,14	-0,12	0,10	2,00	Infinito	150
0,00	99,986	-0,04	-0,04	0,03	2,00	infinito	150
30,20	111,723	30,13	-0,07	0,10	2,00	Infinito	150
100,06	138,516	100,03	-0,03	0,10	2,00	Infinito	150
155,44	159,342	155,40	-0,03	0,10	2,00	Infinito	150

5 - NOTAS

a - Os valores de temperatura apresentados estão em conformidade com a Escala Internacional de Temperatura de 1990.

b - A incerteza expandida de medição relatada é declarada como incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência k, o qual para uma distribuição "t" com Veff graus de liberdade efetivos corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%. A incerteza padrão de medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.

c - Este certificado atende aos requisitos de acreditação pela Cgcre, o qual avaliou a competência do laboratório e comprovou sua rastreabilidade a padrões nacionais de medida.

d - Os resultados apresentados neste certificado referem-se exclusivamente ao instrumento calibrado não sendo extensivo a quaisquer lotes.

e - A reprodução parcial deste certificado requer aprovação prévia por escrito pela Contemp.

f - Erro = M.M [média das medidas]°C - V.R [valor referência]°C

g - R0 = Resistência elétrica medida no sensor em calibração a 0°C.

h - A corrente de excitação utilizada na calibração foi de 1 mAcc.

i - Os valores dos campos M.M.(°C) e Erro (°C) foram referenciados à norma ASTM E -1137