

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO Nº MA 069_12_25




Solicitante:


Contemp Indústria Comércio e Serviços Ltda
Alameda Araguaia, 204 - São Caetano Sul / SP

Contratante:

O Mesmo
O Mesmo



Objeto Calibrado: Peso Padrão 2 Peças

Descrição dos Objetos Calibrados	10 g e 20 g	Identificação do Conjunto	LPES-017
Nome do Fabricante	Não Consta	Número de Série	Não Consta
Classe Declarada	M1	Número do Processo	03361.7-12/2025
Data do Recebimento	03/12/2025	Data da Emissão	16/12/2025
Conferência	Gerente da Qualidade	Data da Calibração	11/12/2025
	 José Augusto da Silva	Técnico Executante	Duglimar Riera

A calibração foi realizada por comparação direta com pesos de referência utilizando-se o método de dupla substituição 'ABBA', com pesos de referência de classe superior ao objeto medido, segundo a classificação da OIML R111-1 e portaria 289/21, conforme Instrução Técnica 022 do Manual da Qualidade da Padrão Balanças.

Rastreabilidade

Pesos Padrão

Conjunto de Pesos Padrão, classe de exatidão F¹, Caixa 70, certificado nº MA 367_01_25, emitido por Padrão Balanças, válido até 01/2026

Balanças / Comparadores

Comparador de Massa: BAL 011, calibrado em 30/07/2025, certificado nº BA 059_07_25, emitido por Padrão Balanças, válido até 01/2026

Termo-higrômetro

Termo-higrômetro, TH 010, Certificado de Calibração nº CAL 249834/25, emitido por CAL 0056, válido até 06/2026

Barômetro

Barômetro, BAR 010, Certificado de Calibração nº CAL 249835/25, emitido por CAL 0056, válido até 06/2026

Condições Ambientais Durante a Calibração:

Temperatura: 23 °C ± 2 °C Umidade Relativa do Ar: 39,2 % ± 15 % Pressão Atmosférica: 920 hPa ± 10 hPa Massa Específica do Ar: 1,08 ± 0,0015 kg/m³

Observações:

- idas.