



LABORATÓRIO DE METROLOGIA
Acreditado pela Cgcre sob nº 224



CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO

LMC-12700-25-R0

1 - DADOS

FOLHA 01/02

Contratante:	Contemp Indústria Comércio e Serviços Ltda.				
Endereço:	Alameda Araguaia, 204, Santa Maria - São Caetano do Sul - SP				
Interessado:	Contemp Indústria Comércio e Serviços Ltda.				
Instrumento:	Termorresistência	Tipo:	Pt-100	Identif. cliente:	LRTD-184
Tipo de isolamento:	Mineral	Marca:	Contemp	N° série:	Não Consta
Diâmetro:	3 mm	Comprimento:	200 mm	Ligação:	3 fios
Local da calibração:	Laboratório de Metrologia Contemp			Cond. amb:	(23 ± 5)°C / [65 ± 20]%U.R.
Data da calibração:	19/nov/25	Data da emissão:	27/nov/25	Número da SS	00056-01244/2025
Localização:	Laboratório de Processos - Denis				

2 - PADRÕES UTILIZADOS:

Multímetro digital, LMUL-016, certificado IPT (RBC) nº 212264-101, válido até 10/2027.

Termorresistência, LRTD-131, certificado Consistec (RBC) nº CR-13867/24, válido até 11/2026.

3 - PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO:

A calibração foi realizada pelo método de comparação entre o sensor padrão e o sensor em calibração, em meios térmicos com homogeneidade conhecida, conforme procedimento de rotina PR-11.01.039

4 - RESULTADOS

R0 Inicial Ω		99,958		R0 Final Ω		99,964	
Temperatura Referência V.R. (°C)	Média das Leituras (Ω)	Média das Medidas (M.M.) (°C)	Erro (°C)	Incerteza de Medição (°C)	Fator de Abrangência k	Grau de Liberdade Veff	Profundidade de Imersão (mm)
-37,72	85,059	-38,01	-0,28	0,10	2,00	Infinito	150
0,00	99,964	-0,09	-0,09	0,03	2,00	infinito	150
30,22	111,772	30,25	0,03	0,10	2,00	Infinito	150
100,18	138,588	100,22	0,03	0,10	2,00	Infinito	150
154,90	159,143	154,87	-0,03	0,10	2,00	Infinito	150
251,24	194,256	250,44	-0,81	0,16	2,00	Infinito	150

5 - NOTAS

a - Os valores de temperatura apresentados estão em conformidade com a Escala Internacional de Temperatura de 1990.

b - A incerteza expandida de medição relatada é declarada como incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência k, o qual para uma distribuição "t" com Veff graus de liberdade efetivos corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%. A incerteza padrão de medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.

c - Este certificado atende aos requisitos de acreditação pela Cgcre, o qual avaliou a competência do laboratório e comprovou sua rastreabilidade a padrões nacionais de medida.

d - Os resultados apresentados neste certificado referem-se exclusivamente ao instrumento calibrado não sendo extensivo a quaisquer lotes.

e - A reprodução parcial deste certificado requer aprovação prévia por escrito pela Contemp.

f - Erro = M.M (média das medidas)°C - V.R (valor referência)°C

g - R0 = Resistência elétrica medida no sensor em calibração a 0°C.

h - A corrente de excitação utilizada na calibração foi de 1 mAcc.

i - Os valores dos campos M.M.(°C) e Erro (°C) foram referenciados à norma ASTM E - 1137