



**LABORATÓRIO DE METROLOGIA**  
Acreditado pela Cgcre sob nº 224



## CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO

### LMC-10823-25-RO

FOLHA 01/01

**1 - DADOS**

<b>Contratante:</b>	Contemp Indústria Comércio e Serviços Ltda.				
<b>Endereço:</b>	Alameda Araguaia, 204, Santa Maria - São Caetano do Sul - SP				
<b>Interessado:</b>	Contemp Indústria Comércio e Serviços Ltda.				
<b>Instrumento:</b>	Termorresistência	<b>Tipo:</b>	Pt-100	<b>Identif. cliente:</b>	LRTD-059
<b>Tipo de isolamento:</b>	Mineral	<b>Marca:</b>	Contemp	<b>Nº série:</b>	Não Consta
<b>Diâmetro:</b>	6 mm	<b>Comprimento:</b>	300 mm	<b>Ligação:</b>	4 fios
<b>Local da calibração:</b>	Laboratório de Metrologia Contemp	<b>Data da emissão:</b>	28/ago/25	<b>Cond. amb:</b>	(23 ± 5)°C / (65 ± 20)%U.R.
<b>Data da calibração:</b>	27/ago/25	<b>Número da SS</b>	00056-00863/2025		
<b>Localização:</b>	Laboratório de termometria				

**2 - PADRÕES UTILIZADOS:**

Multímetro digital, LMUL-016, certificado IPT (RBC) nº 199463-101, válido até 10/2025.  
Termorresistência, LRTD-131, certificado Consistec (RBC) nº CR-13867/24, válido até 11/2026.

**3 - PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO:**

A calibração foi realizada pelo método de comparação entre o sensor padrão e o sensor em calibração, em meios térmicos com homogeneidade conhecida, conforme procedimento de rotina PR-11.01.039

**4 - RESULTADOS**

R0 Inicial Ω 99,987

R0 Final Ω 99,986

Temperatura Referência V.R. [°C]	Média das Leituras [Ω]	Média das Medidas [M.M.] [°C]	Erro [°C]	Incerteza de Medição [°C]	Fator de Abrangência k	Grau de Liberdade Veff	Profundidade de Imersão [mm]
-35,56	85,985	-35,66	-0,10	0,10	2,00	Infinito	150
0,00	99,986	-0,04	-0,04	0,03	2,00	infinito	0
30,24	111,738	30,17	-0,07	0,10	2,00	Infinito	150
100,06	138,474	99,92	-0,14	0,10	2,00	Infinito	150
155,32	159,264	155,19	-0,13	0,10	2,00	Infinito	150

**5 - NOTAS**

- Os valores de temperatura apresentados estão em conformidade com a Escala Internacional de Temperatura de 1990.
- A incerteza expandida de medição relatada é declarada como incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência k, o qual para uma distribuição "t" com Veff graus de liberdade efetivos corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%. A incerteza padrão de medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.
- Este certificado atende aos requisitos de acreditação pela Cgcre, o qual avaliou a competência do laboratório e comprovou sua rastreabilidade a padrões nacionais de medida.
- Os resultados apresentados neste certificado referem-se exclusivamente ao instrumento calibrado não sendo extensivo a quaisquer lotes.
- A reprodução parcial deste certificado requer aprovação prévia por escrito pela Contemp.
- Erro = M.M [média das medidas]°C - V.R [valor referência]°C
- R0 = Resistência elétrica medida no sensor em calibração a 0°C.
- A corrente de excitação utilizada na calibração foi de 1 mAcc.
- Os valores dos campos M.M.[°C] e Erro [°C] foram referenciados à norma ASTM E-1137