

LABORATÓRIO DE TERMOMETRIA DA CONSISTEC

Consistec's Laboratory of Thermometry

Laboratório de Calibração Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025 sob o nº 128

Laboratory of Calibration Accredited for Cgcre in according with ABNT NBR ISO/IEC 17025 by nº 128

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO

Calibration Certificate

Número: CR-14878/26 Rev - 00

Number:

Nome do Contratante: CONTEMP INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Customer:
Endereço: AL ARAGUAIA, 204 - SANTA MARIA - SAO CAETANO DO SUL - SP
Address:
Nome do Solicitante: CONTEMP INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Applicant:
Pedido Número: 049695
Order Number:

IDENTIFICAÇÕES E CARACTERÍSTICAS DO OBJETO

Identifications and characteristics of the object

Objeto da Calibração: TERMÔMETRO DIGITAL COM SENSOR TERMOPAR TIPO S
Object:
Modelo: Ind.: CAPPO 100
Model:
Fabricante: Ind.: ECIL / Sen.: CONSISTEC
Manufacturer:
Resolução: 0,1 °C
Resolution:
Diâmetro: 6 mm
Diameter:
Comprimento: 340 mm
Length:
Identificação: LCAL-018/LCAL-018-TE
Identification:
Observações: Sensor com pote e mola e 1300mm de cabo de compensação pvc/pvc.
Remarks: Nº de série do Ind.: CP100-220210 / Sen.: N/C.

INFORMAÇÕES ADMINISTRATIVAS

Administrative information:

Número da OSC: 2316/2026
OSC's Number:
Data da Calibração: 02/09/26
Calibration date:
Data da Emissão: 02/09/26
Issued on:

PROCEDIMENTO/MÉTODO DE CALIBRAÇÃO

A calibração foi feita por comparação contra sensor padrão de temperatura, em meio termostático homogêneo, segundo Instrução de Trabalho ITL 023

The calibration was made by comparison techniques with standard temperature sensor, in homogeneous thermal equipments, in accordance with Work Instruction ITL 023

CONDIÇÕES AMBIENTAIS

Laboratory Environment:

Temperatura: (23 ± 3) °C
Temperature:
Umidade Relativa: (50 ± 20) %
Humidity:

LOCAL DA CALIBRAÇÃO

Calibração realizada nas instalações permanentes do Laboratório de Termometria da Consistec.

Calibration performed in the permanent facilities of Consistec's Thermometry Laboratory.

ASSINADO DIGITALMENTE
DIEGO MOLOGNONI GARCIA:31964718880
CPF 319.647.188-80 DATA 17 de set. de 2026
Esta cópia de um sensor de tempo
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital> Serpro

Signatário Autorizado

Documento Eletrônico com Assinatura Digital Emitido por AC CertiSign SRF V3 ICP-Brasil
Electronic Document with Digital Sign Issued by AC CertiSign SRF V3 ICP-Brasil

Este certificado atende aos requisitos de acreditação do CGCRE, o qual avaliou a competência do laboratório e comprovou sua rastreabilidade a padrões nacionais de medida. Os resultados declarados neste certificado, referem-se exclusivamente ao instrumento submetido à calibração, nas condições especificadas, não sendo extensivo a quaisquer lotes. Este certificado de calibração somente pode ser reproduzido em sua forma integral. Reproduções parciais dependem de autorização formal deste Laboratório.

This certificate is issued in accordance with the requirements of the CGCRE Accreditation Service. It provides traceability of measurements to recognized national standards. The results stated above refer exclusively to the sensor subjected to calibration, and not extended to any other piece. This certificate can be reproduced only in full version. Partial reproductions requires previous consent of this laboratory.

Consistec Controles e Sistemas de Automação Ltda.

Rua Jurupari, 434 - Jabaquara - 04348-070 - São Paulo - SP ☎ 11 5035-8200 ☎ 11 5035-8205
CNPJ 50.392.117/0001-36 Inscrição Estadual 110.860.909.110 consistec@consistec.com.br www.consistec.com.br

LABORATÓRIO DE TERMOMETRIA DA CONSISTEC

Consistec's Laboratory of Thermometry

Laboratório de Calibração Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025 sob o nº 128

Laboratory of Calibration Accredited for Cgcre in according with ABNT NBR ISO/IEC 17025 by nº 128

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO

Calibration Certificate

Número: CR-14878/26 Rev - 00

Number:

RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO

Calibration Results:

Temperatura do Padrão Temperature of standard (°C)	Temperatura Medida (MLR) Measured Temperature (°C)	Erro Error (°C)	U (°C)	k	Veff	Padrão Utilizado Used PRT	Prof. De Imersão Immersion Depth (mm)
400,00	400,10	0,10	0,20	2,00	INFINITO	03.153-0	200
500,29	500,30	0,01	0,50	2,00	INFINITO	03.032-0	150
599,00	599,40	0,40	0,50	2,00	INFINITO	03.032-0	150
697,72	697,90	0,18	0,70	2,00	INFINITO	03.032-0	150
799,92	800,00	0,08	0,70	2,00	INFINITO	03.032-0	150
899,98	900,43	0,45	0,70	2,00	INFINITO	03.032-0	150
1.000,47	1.001,04	0,57	0,70	2,00	INFINITO	03.032-0	150
1.099,30	1.100,28	0,98	0,70	2,00	INFINITO	03.032-0	150

NOTAS:

- ERRO = Temperatura Medida - Temperatura do Padrão.

- MLR = Média das Leituras Realizadas.

- As temperaturas estão referidas à Escala Internacional de Temperatura de 1990 (ITS-90).

- A incerteza expandida de medição relatada (U) é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência k. O qual para uma distribuição t, com graus de liberdade efetivos relatados (veff), corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%. A incerteza padrão da medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.

NOTES:

- Error = Measure Temperature - Temperature of Standard

- MLR = Achieved Readings Average

- The temperature values presented are in accordance with the International Temperature Scale of 1990 (ITS-90).

- The reported expanded uncertainty of measurement (U) is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor k. Which for a t-distribution with effective degrees of freedom reported (veff), corresponds to a coverage probability of approximately 95%. The standard uncertainty of measurement was determined according to published EA-4/02.

IDENTIFICAÇÃO E RASTREABILIDADE DOS INSTRUMENTOS UTILIZADOS

Identification and Traceability of the Used Instruments

Identificação Identification	Instrumento Instrument	Certificado Certificate	Validade Due Date	Rastreabilidade Traceability
03.009-0 A	Multímetro Digital	204663-101	outubro-26	SI
03.032-0	Termopar Padrão Tipo S	R6122.11.23	novembro-26	SI
03.088-0	Resistor Padrão 100 Ohms	200507-101	janeiro-27	SI
03.153-0	Termômetro de Resistência Angular	CL-00025/26	julho-27	SI
03.172-0 A	Super Termômetro	CL-00014/25	dezembro-26	SI

Signatário Autorizado

Documento Eletrônico com Assinatura Digital Emitido por AC CertiSign SRF V3 ICP-Brasil

Electronic Document with Digital Sign Issued by AC CertiSign SRF V3 ICP-Brasil

Este certificado atende aos requisitos de acreditação do CGCRE, o qual avalia a competência do laboratório e comprovou sua rastreabilidade a padrões nacionais de medida. Os resultados declarados neste certificado, referem-se exclusivamente ao instrumento submetido à calibração, nas condições especificadas, não sendo extensivo a quaisquer lotes. Este certificado de calibração somente pode ser reproduzido em sua forma integral. Reproduções parciais dependem de autorização formal deste Laboratório.
This certificate is issued in accordance with the requirements of the CGCRE Accreditation Service. It provides traceability of measurements to recognized national standards. The results stated above refer exclusively to the sensor subjected to calibration, and not extended to any other piece. This certificate can be reproduced only in full version. Partial reproductions requires previous consent of this laboratory.

Fim do Certificado de Calibração

(2/2)

Consistec Controles e Sistemas de Automação Ltda.

Rua Jurupari, 434 - Jabaquara - 04348-070 - São Paulo - SP ☎ 11 5035-8200 ☎ 11 5035-8205

CNPJ 50.392.117/0001-36 Inscrição Estadual 110.860.909.110 consistec@consistec.com.br www.consistec.com.br